


**Patrón Nacional de Temperatura
CENAM: CNM-PNE-2**

PATRÓN PRIMARIO: CENAM



*PATRONES DE REFERENCIA METAS
CALIBRADOS POR: CENAM/OLMRL*

**Sensor de humedad relativa y temperatura
ID: MESS-P-SHRTB-01**
Marca: VAISALA
Modelo: HMP75
No. de serie: T3210344
Certificados de Calibración Metas:
MACF-TC4452-22
Alcance calibrado:
0.0014 °C a 50.022 °C
Incertidumbre:
U= 0.01 °C a 0.04 °C
MACF-HU3203-22
Alcance calibrado:
11.43 %HR a 97.16 %HR
Incertidumbre:
U= 0.64 %HR a 0.80 %HR

**Sensor de humedad relativa y temperatura
ID: MESS-P-SHRTB-02**
Marca: VAISALA
Modelo: HMP75
No. de serie: T3210345
Certificados de Calibración Metas:
MABF-TC4453-22
Alcance calibrado:
0.0015 °C a 50.020 °C
Incertidumbre:
U= 0.01 °C a 0.04 °C
MACF-HU3204-22
Alcance calibrado:
11.31 %HR a 97.62 %HR
Incertidumbre:
U= 0.64 %HR a 0.80 %HR

*PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR : Metas*

**Termohigrómetro
ID : MESS-P-RTH-15**
Marca: Tandd
Modelo: TR-72wif
No. de serie: 32140930
Certificado de Calibración MESS:
MESS-CC-TEP-0695/2023
Alcance calibrado:
Temperatura: 15.33 °C a 35.10 °C
Humedad relativa: 11.3 % a 91.1 %
Incertidumbre:
Temperatura: U= 0.10 °C
Humedad relativa: U= 1.0 %HR a 2.0 %HR
Vigencia: 2024-08

*PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR : MESS*

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:



Ing. María De La Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Carlos F. Guzmán Reyes.



Fecha de revisión: 2023-09-01