

**Patrón Nacional de Masa
prototipo N° 21**

PATRON PRIMARIO :CENAM

**Pesa patrón
LPR.00.02**

Clase:E1
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-730-179/2021

**Pesa patrón
LPR.00.04**

Clase: E1
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-730-180/2021

**Pesa patrón
LPM.00.02**

Clase: E1
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-730-181/2021

**Pesa patrón
LPM.00.04**

Clase: E1
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-730-183/2021

PATRONES DE REFERENCIA :CENAM
CALIBRADOS POR :CENAM

**Pesa de 20 kg
IMX.M.17.151
Clase:E1**

Marca: INSCO
Modelo: D00123
No. de serie: 1694
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-730-159/2022
Alcance calibrado: 20.00 kg
Incertidumbre:3.3 mg

Comparador de masas

Marca: SARTORIUS
Modelo:OC220000

PATRONES DE REFERENCIA :INSCO
CALIBRADOS POR :CENAM

**Masa 20 kg
MESS-P-MASAS-02**

Clase: E2
Marca: HÄFNER
Modelo: 8.XEHM-250
No de serie:10650716
Certificado de calibración INSCO:
CCM0633.M/2023
Alcance calibrado: 20.00 kg
Incertidumbre
U= 10.00 mg
Vigencia: 2025-04

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR : INSCO

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:




Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz

Aprobó:



Luis Alfredo Robles Silva.



Fecha de revisión: 2023-06-16