

Carta de Trazabilidad MESS-P-MAN-04_01

Formato:
(Format) MESS-CA-FOR-017
Revisión:
(Revision) 3
Página:
(Page) 1 de 1

Patrón Nacional de Presión CENAM

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

**Balanzas de Presión
ID: MA-BPM04/09**

Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-720-055/2024
U= 0.002 0 %L a 0.001 3 %L

*PATRONES DE REFERENCIA METAS
CALIBRADOS POR: CENAM*

**Manómetro
ID: MESS-P-MAN-04_1**

Marca: Fluke
Modelo: 2700G-BG200K
No. de serie: 6310429
Certificado de Calibración METAS:
1-16826
Alcance calibrado:
14.611 33 psi a 29.997 1psi
Incertidumbre: U= 0.000 82 psi a 0.001 3 psi
Vigencia: 2025-05

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR : METAS*

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Plaomino.

Revisó:



Ing. María De La Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Adrián De Jesús Castruita Romero



Fecha de revisión: 2024-05-20