

PATRÓN PRIMARIO: NPL

PATRÓN PRIMARIO: NPL

TORQUE TOOL TESTER

Marca: Norbar
No. de serie: 47696
Conexión cable:
No. de serie: 47696

*PATRÓN DE REFERENCIA Norbar
CALIBRADO POR :Norbar*

Trasductor de Par Torsional
ID: MESS-ECTP-1500_3

Marca: NORBAR
Modelo: Impulse
No. de serie: 109712
Certificado de Calibración Norbar:
288595
Alcance calibrado:
Sentido Horario:
75.00 N.m a 1500.00 N.m
Incertidumbre:
Sentido Horario:
U= 0.30 %L a 0.33 %L
Vigencia: 2026-03

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR :Norbar*

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Fabián Meléndez Acevedo



Fecha de revisión: 2024-03-16