

Carta de Trazabilidad MESS-MCO-01

Formato:
(format) MESS-CA-FOR-017
Revisión:
(Revision) 3
Página:
(Page) 1 de 1

Unidad de Longitud
CENAM : CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO :CENAM

Microscopio

Marca: Leitz
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-206/2022

*PATRÓN DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADO POR: CENAM*

Escala graduada
ID: MESS-P-ESC-03

Marca: Mitutoyo
Modelo: 172-330
No. de serie: 26232
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-271/2023
Alcance calibrado: 0.00 mm a 80.00 mm
Incertidumbre:
 $L \leq 150 \text{ mm } U = \sqrt{1.55 + 4.51 \times 10^{-5} \times L^2}$

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR: CENAM*

Microscopio
ID:MESS-MCO-01

Marca: ZEISS
Modelo:Axio Zoom.V16
No. de serie: 3941000668
Certificado de Calibración MESS:
MESS-CC-MON-0147/2023
Alcance calibrado: 700 μm a 300 00 μm
Incertidumbre:
0.40 μm a 19 μm
Vigencia: 2024-11

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR: MESS*

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U= Ver certificado de calibración

Elaboro:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Reviso:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Ana Zayi Servin



Fecha de revision: 2023-11-17