

**Patrón Nacional de Longitud
CENAM:CNM-PNM-2**

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

Microscopio
Marca: Leitz
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-084/2020

PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADOS POR: CENAM

**Regla de vidrio con escalas y
círculos**
ID: MESS-P-RET-29
Marca: MOTIC
Modelo: S/R
No. de serie: S/R
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-347/2020
Alcance calibrado:
Valor medido de círculos :
0.07 mm a 25 mm
Incertidumbre:
Círculos : U= 1 µm
Escala : U= 0.4 µm
Vigencia: 2025-08

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: CENAM

Item calibrado

U=Ver certificado de calibración

ITEM DEL CLIENTE

Elaboró:

Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Autorizó:

Ing. Ana Zayl Servín



Fecha de revisión: 2022-10-10