

Carta de Trazabilidad MESS-P-MBL-01

Formato:
(Format) MESS-CA-FOR-017
Revisión:
(Revision) 3
Página:
(Page) 1 de 1

**Patrón Nacional de Temperatura
CENAM: CNM-PNE-2**

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

**SPRT Pt-25,5 Ω
ID: MA-RTD65/22**

Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-420-027/2023
Alcance calibrado: -189.00 °C a 232.00 °C
Incertidumbre:
U= ± 1.8 m°C a ± 6.2 m°C

**SPRT Pt-25,5 Ω
ID: MA-RTD36/14**

Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-420-025/2023
Alcance calibrado: 0.00 °C a 660.00 °C
Incertidumbre:
U= ± 7.5 m°C a ± 17 m°C

*PATRONES DE REFERENCIA METAS
CALIBRADOS POR: CENAM*

**Microbaño líquido
ID: MESS-P-MBL-01**

Marca: Fluke
Modelo: 6102
No. de serie: C48613
Certificado de Calibración METAS:
12-23309
Alcance calibrado:
35.044 °C a 200.041 °C
Incertidumbre:
U= 0.030 °C
Vigencia: 2025-12

*PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: MESS*

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. Daniel Aaron Olvera Guerrero

Revisó:



Ing. María De La Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Adrián De Jesús Castruita Romero



Fecha de revisión: 2024-12-12