

**Patrón Nacional de Temperatura
CENAM: CNM-PNE-2**

*PATRONES PRIMARIOS:
CENAM*

Sensor
 Marca: Isotech
 Modelo: 935-14-95H
 No. Serie: 32087/2
 Certificado de calibración CENAM:
 CNM-CC-420-008/2023

Sensor
 Marca: Hard Scientific
 Modelo: 5626
 No. Serie: 0216
 Certificado de calibración CENAM:
 CNM-CC-420-007/2023

Termómetro de radiación
 Marca: KE
 Modelo: LP2
 No. Serie: 80-32/95.11
 Certificado de calibración CENAM:
 CNM-IC-420-01/2022

*PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADO POR: CENAM*

**Termómetro de radiación Infrarrojo
ID: MESS-P-TRIR-01**
 Marca: HEITRONICS
 Modelo: KT19.82 II
 No. de Serie: 5068
 Certificado de calibración CENAM:
 CNM-CC-420-108/2023
 Alcance calibrado:
 -10.0 °C a 1 400 °C
 Incertidumbre:
 U= 0.49 °C a 9.8 °C
 Vigencia: 2025-08

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR: CENAM*

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:

 Ing. María Guadalupe Suárez Plaomino.

Revisó:

 Ing. María De La Paz Cruz Cruz

Aprobó:

 Ing. Adrián De Jesús Castruita Romero



Fecha de revisión: 2024-11-01